

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comerțului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro

Nr. 17856.09.10.2026

ANUNȚ,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA- în insolvență, in insolvency, en procedure collective, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J2022002750161, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN- Administrator special**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa**” a urmatoarelor:

„SERVICII DE MASURARE/VERIFICARE DEBITMETRE APA BRUTA JIU, COD CPV: 71631000-0 servicii de inspectie tehnica”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 12399/07.07.2026 si anexa nr. 1.

Valoarea estimata a achizitiei este: 3.600,00 Lei,fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « **cumparare directa** ».

1.1 Runda de negociere: Dupa ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va depune oferta economica pe adresa de e-mail (alina.prala@secraiova.ro si office@secraiova.ro, **simultan**), negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail).

1.2 Achizitia directa: se realizează cf. art.12, alin. (4) si alin. (7) pct. d) din Legea nr. 99/2016 din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificări si consolidări si prin evaluarea simultană a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona urmatoarele „**SERVICII DE MASURARE/VERIFICARE DEBITMETRE APA BRUTA JIU, COD CPV: 71631000-0 servicii de inspectie tehnica**”, - la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire - este prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile (*dintre cele primite*)

3. Prezentare ofertă - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din CS nr. 12399/07.07.2026 si anexa acestuia.

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor din anexa nr. 1.

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform CS nr. 12399/07.07.2026 si anexa acestuia, cap III si cap. VI (si prin completarea/prezentarea ANEXEI nr. 1).

Ofertantul trebuie sa faca dovada asigurari personalului ethnic calificat si autorizat sa efectueze repararea si verificarea a mijloacelor de masurare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Specificatii tehnice /cerinte functionale minime: conform cerintelor III.2. din caietul de sarcini nr. 12399/07.07.2026.

4. Data limită depunere oferta:

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **14.10.2026, ora 12.00** la adresele de e-mail: alina.prala@secraiova.ro si office@secraiova.ro, **simultan**),

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.

5. Termen de prestare : serviciile vor fi prestate in termen de 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

5.1.Durata contractului: 50 zile de la data înregistrării comenzii.

6.Termen garantie: nu este cazul.

7. **Locatie prestare:** serviciile de masurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu, vor fi efectuate la locul de montaj al sistemelor de masurare debit, respectiv pe circuitele de apa de Jiu, in zona Casei Sitelor, in incinta SE Isalnita, str. Mihai Viteazul 101, Isalnita, **insotiti de personalul SE Craiova SA.**

8. **Transportul** si toate costurile asociate intra in sarcina ofertantului.

9. **Prețul comenzii:**

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei, fara TVA.

10. **Modalitati de plata :** Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca serviciile sa corespunda cerintelor achizitorului (*din punct de vedere cantitativ si calitativ*).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *prestatorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de prestare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitatiile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *prestatorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *prestatorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Informatii privind desfasurarea procedurii, se pot obtine la telefonul: 0372511543 sau la adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro.

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 12399/07.07.2026 impreuna cu anexa nr.1.

În speranta unei bune colaborari asteptam cu interes oferta dumneavoastra!

Administrator special,
Lorena VOICAN



Inginer Sef- Tudorel BALAURE

Ing. cu atributii de coordonare Compartiment Achizitii,
- Verona DALRI

Intocmit, Compartiment Achizitii- Alina PRALA

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	pag. 1 / 6
		REVIZIA:	

S.E. Craiova S.A.
Serviciul Tehnic
Compartiment Tehnic UCC, Investitii, ISCIR
Nr. 12399 / 07.07.2020

Aprobat,
Administrator Special
Lorena VOICAN



I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Entitatea contractantă (beneficiarul) este Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în strada Bariera Vîlcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 200716, telefon: 0372511521, fax 0372511549, nr. ord. Registrul Comerțului J2022002750161, cod fiscal RO 46943133, cont virament RO51 BTRL RON CRT 0661271601 deschis la Banca Transilvania, web: www.secraiova.ro, e-mail: office@secraiova.ro.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu”.

II.2. Cantitate - conform Anexa nr. 1 „Cantități. Specificații tehnice”

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Caracteristici ale locului unde vor fi prestate serviciile solicitate

Serviciile de măsurare/verificare debitmetre apă brută Jiu, ce fac obiectul acestui caiet de sarcini vor fi efectuate la locul de montaj al sistemelor de măsurare debit, respectiv pe circuitele de apă de Jiu, în zona Casei Sitelor, în incinta S.E. Ișalnița, Str. Mihai Viteazul 101, Ișalnița.

III.2. Specificații tehnice minimale

Sistemele de măsurare debit au în componență următoarele subansambluri :

- debitmetru ultrasonnic;
- pereche de traductori de debit tur/retur;

Datele tehnice principale sunt menționate în Anexa nr. 1 „Cantități. Specificații tehnice”

DESCRIERE SERVICIU

Serviciile de măsurare/verificare a sistemelor de măsurare debit apa bruta Jiu, pe conducte DN 500, Dn1000 vor fi prestate la fața locului, respectiv pe circuitele de apă de Jiu, în zona Casei Sitelor, în incinta S.E. Ișalnița, însoțiți de personal S.E. Craiova S.A..

Materialele, echipamentele necesare serviciului de măsurare/verificare vor fi asigurate de către ofertant.

Echipamentele utilizate în activitatea de masurare/verificare metrologică trebuie să fie trasabile.

Ofertantul trebuie să facă dovada asigurării personalului tehnic calificat și autorizat să efectueze repararea și verificarea a mijloacelor de măsurare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care se va interveni asupra sigiliilor mijloacelor de măsurare, va fi efectuată de către executantul serviciului sigilarea și aplicarea mărcilor metrologice de verificare pe mijloacele de măsurare verificate, cu respectarea prevederilor din instrucțiunile și normele de metrologie legală.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 2 / 6

La terminarea operațiilor de măsurare/verificare ofertantul va emite și va pune la dispoziția beneficiarului documente de verificare - buletine de măsurare/verificare în care vor fi consemnate rezultatele măsurărilor.

Pentru mijloacele de măsurare care prezintă defecte, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la constatarea lor, ofertantul va întocmi și înainta către beneficiar lista acestora și un deviz al operațiilor necesare pentru remedierea defectelor constatate, explicitat pe manoperă, piese de schimb și materiale.

Pentru echipamentele ce necesită verificare la sediul ofertantului, pe standuri de probe și încercări, demontarea, transportul și montarea mijloacelor de măsurare după efectuarea verificărilor metrologice, cu respectarea specificațiilor tehnice emise de către producători, este în sarcina ofertantului.

Daca este cazul, predarea/preluarea mijloacelor de măsurare va fi consemnată în procese verbale semnate de reprezentanții ambelor părți.

Defectele dovedite a fi din vina ofertantului vor fi remediate în termen de maxim 7 zile urmând să fie efectuată verificarea metrologică necesară după înlăturarea defectelor, totul pe cheltuiala ofertantului.

III.2.1. Obiective și performanță

Obiectivul principal este acela de a se asigura trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu sisteme de măsurare debit.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul va asigura personalul tehnic calificat și autorizat să efectueze serviciile solicitate pentru mijloacele de măsurare specificate în Anexa nr. 1.

Ofertantul se obligă să respecte prevederile legislației în domeniul metrologiei, respectiv:

- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte:
Ordonanța

Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

- Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

- OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului;
- Legea nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind securitatea și sănătatea

în munca;

- Legea nr. 307/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind apărarea împotriva incendiilor.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 3 / 6

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Mărcile metrologice de verificare vor fi aplicate la loc vizibil, în conformitate cu specificațiile din aprobările de model sau documentațiile tehnice emise de către producătorii mijloacelor de măsurare.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul și toate costurile asociate vor fi asigurate de către ofertant.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciile vor fi prestate în termen de 30 zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere a serviciilor.

IV.2. Durată contract

50 zile de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Documentele întocmite în altă limbă vor fi însoțite de traducerea în limba română, asumată de ofertant prin semnare.

Cerințele și specificațiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente.

Ofertantul trebuie să demonstreze, prin orice mijloc adecvat, că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerințele definite prin specificația tehnică.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnarea acestora.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezenta documentație.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română. Se va completa tabelul din Anexa nr. 1 – „Cantități. Specificații tehnice”.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 4 / 6

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Se va completa TABELUL nr. 1 la caietul de sarcini, precizându-se tariful unitar precum și valoarea totală a serviciilor. Tariful menționat va include toate cheltuielile necesare prestării serviciilor. Ofertantul va elabora propunerea financiară în lei fără TVA, cu două zecimale, fără aproximări.

TABELUL nr. 1

Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Pret unitar [lei]fără TVA	Valoare (lei)fără TVA
1	Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu montate pe conducta Dn500	2		
2	Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu montate pe conducta Dn1000	1		

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate va fi efectuată la sediul Societății Electrocentrale Craiova SA din municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, județul Dolj, în cel mult trei zile lucrătoare de la data încheierii verificărilor.

La recepția serviciilor, prestatorul va prezenta Responsabilului buletinele de verificare/măsurare pentru mijloacele de măsurare cuprinse în ANEXA Nr.1.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Comisia de recepție, va constata dacă realizarea prestării serviciilor este în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. Comisia poate să aprobe sau să respingă recepția.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. ANEXE

Anexa nr. 1 – Cantități. Specificații tehnice

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Inginer Șef	Tudorel BALAURE		07.07.2026
Verificat	Coord. Comp. Tehnic,UCC, Investitii, ISCIR	Dan DIMIAN		07 iulie 2026
	Șef PRAM AMC	Gheorghe TOADER		
	Responsabil metrologie	Paula COSMA		
Elaborat	ing. Comp. Tehnic,UCC, Investitii, ISCIR	Cătălin DUINEA		07.07.2026

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	
		REVIZIA:	pag. 5 / 6

ANEXA Nr.1

Cantități

Nr. crt.	Denumire	Nr. buc.	Pret unitar [lei]fără TVA	Valoare (lei)fără TVA
1	Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu montate pe conducta Dn500 serie M08200113	1		
1	Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu montate pe conducta Dn500 serie M08200115	1		
2	Servicii de măsurare/verificare debitmetre apa bruta Jiu montate pe conducta Dn1000 serie M08200110	1		

Specificații tehnice

:

Nr. crt	Denumire	Date identificare	Specificații tehnice
1	Debitmetru ultrasonic pentru lichide, produs de AQUA TRANS model AT600	SN M08200113 traductor tip CAT601. Traductor UP04200030. Traductor DN042000484	Mediu apă Jiu, conducta Ø500, senzor ultrasonici CAT 0,5MHz, IP68, tip 8"-24"
2	Debitmetru ultrasonic pentru lichide, produs de AQUA TRANS model AT601	SN M08200115 traductor tip CAT601. Traductor UP04200036. Traductor DN042000384	Mediu apă Jiu, conducta Ø500, senzor ultrasonici CAT 0,5MHz, IP68, tip 8"-24"
3	Debitmetru ultrasonic pentru lichide, produs de AQUA TRANS model AT600	SN M08200110 traductor tip CAT601. Traductor UP04200012. Traductor DN042000044	Mediu apă Jiu, conducta Ø1000, senzor ultrasonici CAT 0,5MHz, IP68, tip 8"-24"

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD	pag. 6 / 6
		REVIZIA:	

Fișa de instalare

Aplicatie: Instalare debitmetru ultrasonic clamp-on

Model echipament: AT6

Loc instalare: SE Isalnita

Mediu: Apa

Informatii debitmetru:

Tip: AquaTrans™ AT600 SN: M08200110

Informatii senzori ultrasonici:

C-AT, 0.5MHz, IP68: Typ 8"-24"

Informatii conducta:

Material conducta	OL
Circumferinta conducta (mm)	3192
Diametru conducta (mm)	1016
Grosime conducta (mm)	8.8
Temperatura conducta	10

Informatii montaj senzori ultrasonici

Traversari	1
Distanța traductori (mm)	440.654

Informatii debitmetru:

Tip: AquaTrans™ AT600 SN: M08200113

Informatii senzori ultrasonici:

C-AT, 0.5MHz, IP68: Typ 8"-24"

Informatii conducta:

Material conducta	OL
Circumferinta conducta (mm)	1596
Diametru conducta (mm)	508
Grosime conducta (mm)	6.4
Temperatura conducta	10

Informatii montaj senzori ultrasonici

Traversari	2
Distanța traductori (mm)	431.317

Informatii debitmetru:

Tip: AquaTrans™ AT600 SN: M08200115

Informatii senzori ultrasonici:


C-AT, 0.5MHz, IP68: Typ 8"-24"

Informatii conducta:

Material conducta	OL
Circumferinta conducta (mm)	1596
Diametru conducta (mm)	508
Grosime conducta (mm)	6.4
Temperatura conducta	10

Informatii montaj senzori ultrasonici

Traversari	2
Distanța traductori (mm)	431.317

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Verificat	Coord. Comp. Tehnic, UCC, Investitii, ISCIR	Dan DIMIAN		07.07.2026
	Responsabil metrologie	Paula COSMA		
Elaborat	ing. Comp. Tehnic, UCC, Investitii, ISCIR	Cătălin DUINEA		07.07.2026